

Διαχείριση μη λειτουργικού καθετήρα στην αίθουσα τοκετών

Αξιολόγηση της σωστής τοποθέτησης του καθετήρα (απόφραξη, ατυχηματική αφαίρεση, τοποθέτηση ενδαγγειακά)

ΜΗ ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αξιολόγηση αισθητικού επιπέδου νευραξονικού αποκλεισμού

Κανένα επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού

Ανεπαρκές επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού

Μονόπλευρος αισθητικός αποκλεισμός

- Επανατοποθέτηση
- Συσταση για συνδυασμένη ή **dural puncture** τεχνική

Bolus 6-10 ml τοπικού αναισθητικού υψηλότερης συγκέντρωσης από τον επισκληρίδιο καθετήρα

Εάν ανεπαρκές επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού μετά από 15-20 λεπτά

- Απόσυρση του καθετήρα ώστε να είναι **3-4 cm** εντός του επισκληρίδιου χώρου
- Νέο **bolus** τοπικού αναισθητικού από τον επισκληρίδιο καθετήρα στη νέα θέση (η επίτοκος σε πλάγια θέση με την πάσχουσα πλευρά προς τα κάτω)

Εάν ανεπαρκές επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού μετά από 15-20 λεπτά